

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國111年5月16日

發文字號：北市衛食藥字第1113132036號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：臺北市信義區市府路1號

承辦人：劉庭羽

電話：1999(外縣市02-27208889)

轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：tingliu106@health.gov

.tw

主旨：有關台灣曲克股份有限公司販售之「彈簧栓塞」(衛署醫器輸字第009447號)(批號：G08259、G08261、G08356、G08357)及「"曲克"奈斯特彈簧栓塞」(衛署醫器輸字第015792號)(批號：G52731~G52739)醫療器材回收案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局111年5月12日新北衛食字第11108774691號函辦理。
- 二、案係Cook Medical在製造過程中意外的發現由外部供應商所製造的裝載桶可能包含額外之小型不銹鋼套管。
- 三、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員確實依據醫療器材管理法等相關規定辦理。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、台北市牙醫師公會、臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會

副本：

局長 黃世傑

本案依分層負責規定授權業務主管決行