

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國115年6月26日

發文字號：北市衛食藥字第1153113640號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：110204臺北市信義區市府路

1號1樓東南區

承辦人：傅品若

電話：1999(外縣市02-27208889)

轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：a79179@gov.taipei

主旨：有關衛生福利部食品藥物管理署監測獲悉「“茵特斯克”口咽氣道管(未滅菌)(衛部醫器輸壹字第013947號)」醫療器材回收訊息一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據臺中市政府衛生局115年6月25日局授衛食藥字第1150076087號函辦理。
- 二、查本案回收訊息，係原廠因特定型號、批號產品有製造缺失，導致部分產品之導管尖端完全堵塞或部分堵塞可能造成病患呼吸困難、氣道狹窄或缺氧等，故啟動回收作業。
- 三、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員，如有旨揭產品請立即下架，勿再陳列及販售，並儘速配合醫療器材回收事宜。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會
副本：

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行