

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國115年6月11日

發文字號：北市衛食藥字第1153108541號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：110204臺北市信義區市府路
1號1樓東南區

承辦人：傅品若

電話：1999(外縣市02-27208889)
轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：a79179@gov.taipei

主旨：有關台灣曲克股份有限公司回收「"曲克"血管測量導管(衛署醫器輸字第014425號)」醫療器材一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局115年6月9日新北衛食字第1151062801號函辦理。
- 二、案係旨揭產品，可能存在裂痕或破損，對病患造成健康風險，故啟動回收。
- 三、國內受影響之型號：N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20，批號：16845232、16823058、16852206、16858458、16858462X、16839886、16852711、16797411、16699267、16694273及16841922，UDI-DI：00827002119161。
- 四、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員，如有旨揭產品請立即下架，勿再陳列及販售，並儘速配合醫療器材商回收事宜。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會
副本：

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行