

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街一段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國115年7月28日

發文字號：北市衛食藥字第11531229222號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：案內相關資料1份

地址：110204臺北市信義區市府路
1號東南區1樓

承辦人：石映春

電話：1999(外縣市02-27208889)
轉7087

傳真：02-27205321

電子信箱：cg7086@gov.taipei

主旨：有關衛生福利部通報台灣柏朗股份有限公司持有之「“柏朗”多管道接頭(衛署醫器輸字第018360號)」醫療器材回收訊息一案，請轉知所屬會員配合相關回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部115年7月24日衛授食字第1151608127號函辦理。
- 二、案係旨揭公司回收訊息略以，受影響產品的無菌障壁系統受損，可能導致污染，進而有造成病患感染之風險，故啟動回收作業。經衛生福利部評估，請依醫療器材回收處理辦法相關規定辦理第二級回收作業。
- 三、副本抄送各縣市衛生局，請轉知貴轄機構業者，倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收事宜。
- 四、檢附案內相關資料1份。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會

副本：各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)(含附件)、連江縣衛生局(含附件)

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行

衛授食字第1151608127號函附件

回收醫療器材列表

許可證字號：衛署醫器輸字第018360號

中文品名：“柏朗”多管道接頭

回收醫療器材規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
5012074	23E11844, 23F09844, 23F10844, 23G03844, 23G06844, 23G21844, 23K13844, 23L02844, 23L03844, 23L2284401, 23L24844, 23M16844, 23M18844, 24A0984401, 24A0984402, 24A16844, 24C05844, 24C07844, 24C08844, 24C28844, 24D04844, 24E16844, 24G12844, 24G15844, 24G23844, 24I27844, 24K02844, 24K21844, 24K24844, 24K28844, 24L22844, 24L25844, 24L26844, 25A24844, 25A30844, 25B05844, 25C0384401, 25C17844, 25C24844, 25D24844, 25D28844, 25E1584401, 25G16844, 25H0584402, 25H11844, 25I18844, 25K07844, 25L27844, 25M17844, 26A29844, 26B02844, 26B0384401, 26C06844, 26C0684401, 26C10844, 26D20844	4027478018593