

正 本

檔 號：

保存年限：

## 臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國114年11月12日

發文字號：北市衛食藥字第1143150469號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：110204臺北市信義區市府路

1號1樓東南區

承辦人：傅品若

電話：1999(外縣市02-27208889)

轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：a79179@gov.taipei

主旨：有關頤辰醫療器材有限公司之「"頤辰醫療"機械式輪椅（未滅菌）（衛部醫器陸輸壹字第004849號）（型號：YC-809J；批號：FS24W12-68；製造日期：2025.3.10）」醫療器材回收案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據臺南市政府衛生局114年11月11日南市衛食藥字第1140195803B號函辦理。
- 二、案係旨揭公司持有之「"頤辰醫療"機械式輪椅（未滅菌）（衛部醫器陸輸壹字第004849號）」醫療器材之「握套」及「多滾輪試驗」經檢驗均不符合CNS 14964-8：2018之規格標準，屬不良醫療器材，先予敘明。
- 三、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再陳列及販售，並儘速配合旨揭公司回收事宜。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會  
副本：

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行