正　本

檔　　號：
保存年限：

臺北市政府衛生局　函

100001
臺北市中正區開封街1段105號4樓之9
受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國114年5月15日
發文字號：北市衛食藥字第1143096730號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：回收清單

地址：110204臺北市信義區市府路1號東南區1樓
承辦人：劉庭羽
電話：1999(外縣市02-27208889)轉7077
傳真：(02)2720-5321
電子信箱：ad9849@gov.taipei

主旨：有關興東藥品器材有限公司之「"樂脈"動脈血栓清除導管(衛署醫器輸字第018815號)」醫療器材自願性回收一案，回收產品批號詳如附件，請惠予轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、依據新北市政府衛生局114年5月13日新北衛食字第1140884948號函辦理。

二、案係旨揭產品之原廠內部測試中，發現托盤封口不良的問題，疑有發生潛在不良事件風險，故啟動回收，回收產品資訊詳如「回收清單」。

三、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員如有案內批號產品請立即下架勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會
副本：

局長 黃建華 請假
副局長 陳正誠 代行
本案依分層負責規定授權人員決行

附件一

回收清單

產品型號	產品批號	國內輸入數量	庫存數量	銷售數量
1651-34	OTW4234	5	5	0
1651-34	OTW4308	70	4	66
1651-34	OTW4383	10	0	10
1651-34	QOT1240	10	1	9
1651-34	XOT0024	5	0	5
1651-34	XOT1113	11	0	11
1651-34	XOT1148	14	0	14
1651-34	XOT1338	30	17	13
1651-38	OTW4251	5	3	2
1651-38	OTW4321	84	0	84
1651-38	OTW4329	66	0	66
1651-38	OTW4330	15	1	14
1651-38	QOT1231	25	1	24
1651-38	QOT1360	14	1	13
1651-38	XOT00001960	10	10	0
1651-38	XOT0040	15	0	15
1651-38	XOT1216	50	4	46
1651-38	XOT1265	15	6	9
1651-38	XOT1523	12	5	7
1651-38	XOT1561	12	8	4
1651-44	OT00001627	13	13	0
1651-44	OTW4307	5	0	5
1651-44	OTW4331	50	3	47
1651-44	OTW4356	35	0	35
1651-44	OTW4385	103	29	74
1651-44	OTW4783	50	4	46
1651-44	QOT1131	75	10	65
1651-44	QOT1166	9	0	9
1651-44	QOT1216	66	14	52
1651-44	QOT1229	25	0	25
1651-44	QOT1491	39	39	0
1651-44	XOT0049	11	0	11
1651-44	XOT1270	25	0	25
1651-44	XOT1287	115	49	66
1651-44	XOT1574	2	2	0
1651-48	OTW4298	10	1	9
1651-48	OTW4323	40	3	37
1651-48	OTW4332	61	1	60
1651-48	OTW4409	38	1	37
1651-48	OTW4499	10	0	10
1651-48	QOT1227	75	0	75
1651-48	QOT1261	25	2	23
1651-48	QOT1271	15	15	0
1651-48	QOT1314	5	2	3
1651-48	QOT1350	22	1	21
1651-48	QOT1351	97	1	96
1651-48	QOT1418	100	0	100
1651-48	XOT00001630	25	2	23
1651-48	XOT00001643	40	5	35
1651-48	XOT00001669	50	41	9
1651-48	XOT00001923	25	25	0
1651-48	XOT1096	3	0	3
1651-48	XOT1321	10	4	6

附件一

1651-48	XOT1323	23	5	18
1651-48	XOT1413	25	3	22
1651-48	XOT1466	75	10	65
1651-64	OTW4282	50	0	50
1651-68	OTW4297	1	0	1
1651-68	OTW4342	20	15	5
1651-68	OTW4343	50	0	50
1651-68	OTW4352	30	0	30
1651-68	OTW4370	68	1	67
1651-68	OTW4386	26	0	26
1651-68	OTW4455	99	0	99
1651-68	OTW4466	26	0	26
1651-68	OTW4531	49	1	48
1651-68	OTW4552	75	0	75
1651-68	OTW4553	24	0	24
1651-68	OTW4591	5	0	5
1651-68	QOT1038	10	1	9
1651-68	QOT1113	10	0	10
1651-68	QOT1363	32	2	30
1651-68	QOT1421	10	2	8
1651-68	XOT00001879	25	15	10
1651-68	XOT0044	22	3	19
1651-68	XOT1251	6	0	6
1651-68	XOT1275	16	0	16
1651-68	XOT1294	11	1	10
1651-68	XOT1339	14	2	12
1651-68	XOT1380	10	4	6
1651-78	OTW4280	10	0	10
1651-78	OTW4281	30	3	27
1651-78	OTW4344	99	15	84
1651-78	XOT00001901	15	14	1
1651-84	OTW4065	10	10	0
1651-84	OTW4239	12	0	12
1651-84	OTW4444	20	0	20
1651-84	OTW4473	15	0	15
1651-84	OTW4507	94	0	94
1651-84	OTW4522A	94	19	75
1651-84	OTW4525	106	14	92
1651-84	OTW4544	60	1	59
1651-84	OTW4545	140	10	130
1651-84	OTW4546	179	0	179
1651-84	OTW4547	34	0	34
1651-84	OTW4585	175	0	175
1651-84	OTW4586	175	5	170
1651-84	OTW4587	179	9	170
1651-84	OTW4588	15	0	15
1651-84	OTW4603	90	5	85
1651-84	OTW4609	169	79	90
1651-84	OTW4648	112	0	112
1651-84	OTW4650	52	0	52
1651-84	QOT1029	158	0	158
1651-84	QOT1067	152	5	147
1651-84	QOT1068	153	0	153
1651-84	QOT1110	63	10	53
1651-84	QOT1146	278	9	269