正本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國114年6月9日

發文字號：北市衛食藥字第1143104309號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：110204臺北市信義區市府路
1號東南區1樓

承辦人：劉庭羽

電話：1999(外縣市02-27208889)
轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：ad9849@gov.taipei

主旨：有關泰博科技股份有限公司回收「福爾紅外線耳溫槍」（衛署醫器製字第003084號）（製造日期：2024年2月29日、型號：TD-1118）產品一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府114年6月6日新北府衛食字第11410782861號函辦理。
- 二、案係臺中市食品藥物安全處於114年3月11日於轄內藥局查獲旨揭醫療器材其說明書刊載之簡易使用指南及量測方式部份圖文等內容與許可證原核准之仿單內容不符，涉違反醫療器材管理法第26條及33條第1項規定。
- 三、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員，倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收作業，並確實依據醫療器材管理法等相關規定辦理。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、台北市藥劑生公會

副本：

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行