

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國115年8月24日

發文字號：北市衛食藥字第11531315722號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：衛授食字第1151609101號函附件-回收醫療器材列表

地址：110204臺北市信義區市府路
1號東南區1樓

承辦人：顏紹庭

電話：1999(外縣市(02)27208889)轉
1045

傳真：(02)27205321

電子信箱：kj2523@gov.taipei

主旨：有關美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司回收「“好
美得卡-奧斯得寧”人工髖關節系統」（衛署醫器輸字第
021427號）醫療器材一案，請協助轉知所屬會員，請查照

說明：

- 一、依據衛生福利部115年8月20日衛授食字第1151609101號函。
- 二、案係旨揭公司持有之醫療器材，受影響產品因原料問題，可能導致產品磨損加劇，有使病患疼痛、發炎或需重新手術之風險，故原廠啟動回收作業。
- 三、本案受影響產品如附件所列，經衛生福利部食品藥物管理署核判屬第二級回收，為維護民眾權益及用藥安全，請協助轉知所屬會員確實依醫療器材管理法等相關規定辦理，並配合旨揭公司回收作業。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會

副本：各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)(含附件)
、連江縣衛生局(含附件)

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行

衛授食字第1151609101號函附件

回收醫療器材列表

許可證字號：衛署醫器輸字第021427號

中文品名：“好美得卡-奧斯得寧”人工髖關節系統

回收醫療器材規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
UH1-40-22	LW709R	07613327016796
UH1-43-26	2P2A99 MD76WR	07613327016864
UH1-44-26	R74D1D	07613327016888
UH1-44-28	7L230N	07613327016895
UH1-47-26	21197T MK442Y	07613327016987
UH1-47-28	3M0Y7N	07613327016970